

Szczecin, dnia 20.06.2018r.

SANLAB J.Kaczorek, M. Bińczak Sp. j.

ul. Andrychowska 7

01-447 Warszawa

Poniżej zamieszczamy odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszenia na dostawę medycznej zamrażarki niskotemperaturowej.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty)	TAK
2.	Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej z nowoczesną izolacją hybrydową składającą się z paneli próżniowych, pianki poliuretanowej oraz włókna szklanego, która zapewnia rozkład temperaturowy w komorze na poziomie 1,8°C?	TAK
3.	Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, w której układ chłodzenia jest przystosowany do pracy z bezpiecznymi, naturalnymi, węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi?	TAK

Z poważaniem

PROKURENT
Agnieszka Wojtkun
Agnieszka Wojtkun

Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kurza Stopka 5/c
70-535 Szczecin
tel./fax 91 812 38 05
NIP 8513070719, REGON 320368827