

Tuttlingen, 22.06.2018 r.

Binder GmbH
Im Mittleren Ösch 5
D – 78532 Tuttlingen
Niemcy

Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kurza Stopka 5/C
70-535 Szczecin
ksiegowa@sanprobi.pl
tel. 91 812 38 04
fax 91 812 38 05

dotyczy: pytania do zamówienia na Medyczną Zamrażarkę Niskotemperaturową z dnia 20.06.2018 r.

1. Czy Zamawiający dopuści, aby pojemność użytkowa komory roboczej zamrażarki wynosiła min. 500 litrów +/- 5%
2. Czy Zamawiający wymaga, aby dolny zakres temperatury wynosił -86°C gwarantując większe bezpieczeństwo przechowywanego materiału biologicznego?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby dostęp do wnętrza zamrażarki kontrolowany był poprzez zastosowanie kart magnetycznych tym samym eliminując konieczność zakładania kłódki i zamka na klucz? Karta magnetyczna to rozwiązanie bardziej nowoczesne, uniwersalne, dające możliwość kontrolowanego dostępu do urządzenia dzięki technologii RFID.
4. Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowana zamrażarka posiadała certyfikat CE i spełniała dyrektywy CE 2006/42/EC, 2014/30/EU oraz 2011/65/EU bez konieczności deklaracji zgodności z dyrektywami 93/42/EEC typowymi dla wyrobów medycznych? Z uwagi na fakt, że urządzenie ma służyć do celów laboratoryjnych nie ma konieczności spełniania wymogów stawianych urządzeniom stricte medycznym.
5. Czy Zamawiający dopuści, aby rozkład temperatury przy wartości -80 st.C wynosił 2,5 st. C zakładając zastosowanie technologii paneli próżniowych?

Z poważaniem,