

**Binder GmbH**  
Im Mittleren Ösch 5  
D – 78532 Tuttlingen  
Niemcy

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia na dostawę medycznej zamrażarki niskotemperaturowej.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuści, aby pojemność użytkowa komory roboczej zamrażarki wynosiła min. 500 litrów +/- 5%	TAK
2.	Czy Zamawiający wymaga, aby dolny zakres temperatury wynosił - 86°C gwarantując większe bezpieczeństwo przechowywanego materiału biologicznego?	TAK
3.	Czy Zamawiający wymaga, aby dostęp do wnętrza zamrażarki kontrolowany był poprzez zastosowanie kart magnetycznych tym samym eliminując konieczność zakładania kłódki i zamka na klucz? Karta magnetyczna to rozwiązanie bardziej nowoczesne, uniwersalne, dające możliwość kontrolowanego dostępu do urządzenia dzięki technologii RFID.	zamawiający będzie preferował takie rozwiązanie
4.	Czy Zamawiający dopuści, aby zaferowana zamrażarka posiadała certyfikat CE i spełniała dyrektywy CE 2006/42/EC, 2014/30/EU oraz 2011/65/EU bez konieczności deklaracji zgodności z dyrektywami 93/42/EEC typowymi dla wyrobów medycznych? Z uwagi na fakt, że urządzenie ma służyć do celów laboratoryjnych nie ma konieczności spełniania wymogów stawianych urządzeniom strictly medycznym.	TAK
5.	Czy Zamawiający dopuści, aby rozkład temperatury przy wartości - 80 st.C wynosił 2,5 st. C zakładając zastosowanie technologii paneli próżniowych?	TAK

Z poważaniem

**Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.**  
ul. Kurza Stopka 5/c  
70-535 Szczecin  
tel./fax 91 812 38 05  
NIP 8513070719, REGON 320568827

**PROKURENT**

*Agnieszka Wojtkun*