

dot. ogłoszenia na dostawę medycznej zamrażarki niskotemperaturowej

1. Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wtyłb medyczny, co jest gwarancją najbardziej zaawansowanej technologii potwierdzonej spełnieniem najsurowszych norm przewidzianych dla tego typu urządzeń? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty).
2. Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej z nowoczesną izolacją hybrydową składającą się z paneli próżniowych, pianki poliuretanowej oraz włókna szklanego, która zapewnia rozkład temperatury w komorze na poziomie 1,8°C?
3. Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, w której układ chłodzenia jest przystosowany do pracy z bezpiecznymi, naturalnymi, węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi?

Z wyrazami szacunku
Jakub Bidas

SANLAB sp. j.

Zbigniew Jakub Bidas



SANLAB J. Kaczorek, M. Binczak sp. j.
ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa
tel: +48 22 746 32 24, fax: +48 22 746 12 15
NIP: 527-24-02-353